

Technické údaje

Izolované měřicí kabely Fluke TL1500DC





Klíčové vlastnosti

- Přesné a bezpečné měření napětí až do 1 500 V DC
- CAT III 1 500 V a CAT IV 600 V s ochrannými krytkami, CAT II 1500 V bez ochranných krytek, 10 A
- Kompatibilní s většinou klešťových přístrojů a multimetrů Fluke
- K dispozici s jednoletou zárukou
- Délka 1 metr

Přehled výrobků: Izolované měřicí kabely Fluke TL1500DC

Měřicí kabely Fluke TL1500DC jsou určeny k bezpečnému a přesnému měření napětí až do 1 500 V DC v solárních, větrných a bateriových systémech. Tyto měřicí kabely s PVC izolací vyhovují bezpečnostní kategorii CAT III 1 500 V / CAT IV 600 V s ochrannými krytkami a CAT II 1 500 V bez ochranných krytek a jsou vhodné pro použití v různých prostředích.

Technické údaje: Izolované měřicí kabely Fluke TL1500DC

Kategorie:	IEC 61010-031 CAT II 1 500 V, CAT III 1 500 V, CAT IV 600 V, 10 A
Kompatibilita:	Kompatibilní se všemi přístroji pro standardní 4mm chráněné banánkové zástrčky
Znečištění:	Stupeň znečištění 2, nadmořská výška 2 000 m
Provozní teplota:	–10 °C až +50 °C

Skladování:	–20 °C až 60 °C při <80% RV
--------------------	-----------------------------

Modely



Fluke TL1500DC

Izolované měřicí kabely Fluke TL1500DC

Obsah dodávky:

- Jeden pár izolovaných měřicích kabelů TL1500DC (červený a černý)
 - Dvě ochranné krytky
 - Jednoletá záruka
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail: cee.cs@fluke.com
www.fluke.cz

©2025 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího
upozornění.
03/2025

**Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez
písemného schválení společnosti Fluke Corporation.**